

Bestätigung der Herstellerfirma zur Flugsicherheit

Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG

Kronsaalsweg 40 · 22525 Hamburg · Deutschland

T: +49-(0)40-5 47 02-0

F: +49-(0)40-5 47 02-461

E: info@weinmann.de


www.weinmann.de

Hiermit bestätigen wir, dass es sich bei den folgenden Beatmungs-
therapie-Geräten um medizinisch-therapeutische Hilfsmittel handelt:

**VENTIlogic LS,
VENTIlogic plus,
VENTIlogic,
VENTImotion,
VENTImotion 2,
BiLevel ST 22.**

Sie sind für die Verwendung und den Transport im Flugzeug geeignet
und erfüllen gemäß der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) nach
IEC / EN 60601-1-2 die Normen CISPR 11 / DIN EN 55011 class B (Funkent-
störung) und IEC / DIN EN 61000-4 Teil 2 bis 6 und Teil 8, 11.

Hamburg, den 10.07.2009



Dr. Ralf Egenolf, Leiter Qualitätsmanagement

3650.1-03-DE-0709-1